

Spørsmål og svar per 29.03.2019.

Spørsmål besvart 29.03.2019		
1.	Spørsmål:	<p>Er det slik å forstå at IQOQ rapporten er inkludert og er en del av punktet - Installasjon og validering?</p> <p>Enhetspris – Positivt-trykk isolator</p> <p>Følgende skal være inkludert i enhetsprisen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Levering til aktuelt apotek• Installasjon og validering• Stang i rustfritt stål med minimum 6 kroker• Opplæring brukere/superbrukere inkl. ved installasjon.• Service og vedlikehold i garantitiden (ikke inkl. reiseutgifter)
	Svar:	<p><i>I enhetsprisen skal det være inkludert all validering og testing (f.eks FAT, SAT IQ/OQ) som skal utføres av leverandør som en del av leveransen, inklusivt rapport av disse. Unntaket er den mikrobiologiske testingen under OQ, og hele PQ/PV som apotekene vil utføre selv.</i></p>