

## Ref. 20215545 - Laboratorie forbruksvarer

### Informasjon om endringer fra kunngjøring 16.10.2022

Ref.	Spørsmål	Svar/endringer
10	Spørsmål som omhandler prisreguleringer og dagmulkt i rammeavtalen.	Følgende vilkår i rammeavtalen endres: Pkt. 5.2.2 Prisjustering som følge av valutaendringer Pkt. 5.2.3 Prisjustering som følge av indeksregulering Pkt. 9.2.6 Dagmulkt
9	Spørsmål som omhandler vareprøver og utprøving.	Korrigerer i Prisskjema. Det er lagt inne en kolonne for vareprøver som skal prøves ut klinisk. Nærmere forklaring er lagt til i konkurransebestemmelsene pkt. 3.10. Antall vareprøver er korrigert for enkelte produkter.
8	Spørsmål som omhandler produkter i prisskjema.	Endringer og presiseringer er markert med rødt i prisskjema.
7	Hvilke farger på skrulokket?  Hva skal de brukes til? 3.6 Boks, preparat, PP, m/skrulokk, ca. 250 ml 3.7 Boks, preparat, PP, m/skrulokk, ca. 350 ml 3.8 Boks, preparat, PP, m/skrulokk, ca. 500 ml 3.9 Boks, preparat, m/skrulokk, ca. 1000 ml  3.9 PP eller PS?	Det er ikke krav til spesiell farge på skrulokk. Brukes til forsendelse av histologiske preparater.  Linje 3.9 skal være PP.
6	Kravspesifikasjon : 6e. Pre-merkede kryorør og kryobokser til biobank	



	<p>Kan det tilbys rør i følgende str: 1,8mL, 1,9mL og 4mL her?</p> <p>6e.5 QR-kode skal kunne scannes direkte fra kryoboksen. I prisskjema under del 6e, står det kun antall rør og ikke kryobokser ?</p> <p>6e.6 Rør og bokser skal være kompatibel med de fleste standard automatiske pipetteringsroboter. Hvilken standard automatiske pipetteringsroboter benyttes her?</p>	<p>Det skal gis tilbud på størrelser som oppgitt i prisskjemaet.</p> <p>Kryobokser er lagt til i prisskjemaet.</p> <p>Kravet utgår.</p>
5	<p>Det er ikke satt opp noen begrensning på erstatning i punkt 9.1.11 i rammeavtalen. Vi ber om at denne settes til kontraktens verdi for et år.</p>	<p>Ikke korrigert.</p>
4	<p>Angående krav 0.7 Leveringstid. For å kunne forsvare at varer legges på lager så er vi avhengig av et visst salgsvolum. Dere har lavt årsforbruk på noen av varene og det kan da være vanskelig å lagerføre dem. Vi ber om at det gis unntak for 7 dagers leveringstid på produkter med lavt årsforbruk.</p>	<p>Ikke korrigert.</p>
3	<p>Vi forutsetter og ber dere bekrefte at leveringstiden i punkt 0.7 i kravspesifikasjonen ikke gjelder øvrig sortiment.</p>	<p>Leveringstiden gjelder ikke tilleggssortiment.</p>
2	<p>I vedlagt miljøskjema står det under veiledning for utfylling at delkontrakt og varelinjenavn skal utfylles av prosjektlederen. Den er ikke utfylt.</p> <p>Hvilke delkontrakter skal utfylles i vedlagt miljøskjema?</p>	<p>Ref. krav nr. 0.5 i kravspesifikasjonen.</p> <p><u>Valgt leverandør</u> skal ved avtalestart ha sendt inn komplett utfylt miljøskjema for avtaleprodukter, ref. vedlegg nr. 6.</p> <p>Miljøskjema skal derfor ikke leveres sammen med tilbudet, men fylles ut for de produkter man får tildelt kontrakt.</p>
1	<p>Er det et sentralt varelager for levering av produkter i denne konkurransen eller skal produktene i prisskjema leveres til 2 ulike steder etter avtaleinngåelse (Tromsø og Bodø).</p>	<p>Leveringssteder er alle sykehusene i Helse Nord:</p> <p>Finnmarkssykehuset: Kirkenes</p>



		<p>Hammerfest</p> <p>Universitetssykehuset Nord-Norge: Tromsø Harstad Narvik</p> <p>Nordlandssykehuset: Bodø Gravdal Stokmarknes</p> <p>Helgelandssykehuset: Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen</p>
--	--	---