

2021/1699 Gastrostomiprodukter

25.11.2022

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Alle spørsmål og forslag til endringer legges fortløpende i tabellen under. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Alle spørsmål/endringer som har fått en dato er besvart og ferdigbehandlet.

Ref.	Spørsmål	Svar/endringer	Dato besvart/endret
7	Noen av vareprøvene er noe forsinket inn på lager. Kan dere akseptere at vi leverer vareprøvene en dag forsinket (30.12.2022)?	Ja, det kan vi akseptere.	25.11.2022
6	Skal alle vareprøver til evaluering leveres i original eske? for eksempel mellomstykker: skal man levere 5 stk minste enhet i innerforpakning, eller 5 esker med 5 stk mellomstykker (Totalt 25 stk)?	Alle vareprøver til evaluering skal leveres som minste enhet i innerforpakning. I nevnte tilfelle skal det leveres 5 STK mellomstykker, og <u>ikke</u> 5 esker med 5 STK mellomstykker (totalt 25 STK).	18.11.2022
5	Det er noen størrelser i prisskjema som vi ikke har i sortimentet. Det gjelder enkelte størrelser på gastrostomiporter sett og enkeltpakket, samt mellomstykker. Må man kunne levere på alle størrelsene?	For å sikre sammenlignbare tilbud, må Tilbyder inngi pris på alle anbudslinjer for delkontrakt 1 og delkontrakt 6 i arkfane <i>Referansesortiment</i> . Hvis ikke, blir tilbudet for gjeldende delkontrakt avvist. Det er <u>ikke</u> krav om at Tilbyder må tilby produkter på alle anbudslinjer i arkfane <i>Tilleggssortiment</i> , men tilbudt sortimentsbredde vil bli evaluert som en del av tildelingskriteriet Kvalitet, underkriterium Sortimentsbredde (SB), for hver delkontrakt. Se <i>Konkurransbestemmelser</i> pkt. 6.2.1	15.11.2022
4	Er det kun dette type produkt dere ønsker?:	Det kan tilbys også andre typer bandasjer egnet for gastrostomi i arkfane <i>Tilleggssortiment</i> i prisskjemaet.	11.11.2022



	0110001 Bandasje Absorberende m/Splitt Ø 50mm Hull 7mm		
3	<p>Viser til delkontrakt 11: Kan vi også legge til tilbud på tilsvarende bandasje i ikke-absorberende materiale (hydrokolloid materiale)? Kan dere bekrefte at estimatene som er oppført i anbudet er korrekt? Antallet virker noe høyt.</p>	<p>Ja, det kan også tilbys hydrokolloid bandasje egnet for gastrostomi i arkfane <i>Tilleggssortiment</i> i prisskjemaet.</p> <p>Estimatene oppgitt i prisskjemaet er oppgitt i STK (dvs. enkeltbandasjer) og er basert på tilgjengelig statistikk fra Q3 2021-Q2 2022, og er etter vårt skjønn korrekte,</p>	11.11.2022
2	<p>Det ønskes vareprøve på Gastrostomitube Bolus Enkel Port 18Fr ENFit. Vi har dessverre problemer med å skaffe vareprøve i akkurat denne størrelsen innen tidsfristen. Kan det aksepteres vareprøve på samme produkt, men i annen størrelse?</p>	<p>Ja, det er i orden med annen størrelse, men det må kommenteres. Se Konkurransbestemmelser pkt. 3.10.</p>	11.11.2022
1	<p>Er det nødvendig at delkontrakt 1, 3-7 og 9 leveres med ENFit adaptere?</p>	<p>Alle tilbudte produkter i delkontrakt 1, 3-7 og 9 skal leveres med ENFit kobling. Det kan i tillegg tilbys produkter med annen type kobling i arkfane <i>Tilleggssortiment</i> i prisskjemaet.</p>	11.11.2022