

Sykehusinnkjøp HF

Organisasjonsnummer 916 879 067

Telefon +47 78 95 07 00

post@sykehusinnkjop.no

Sykehusinnkjøp HF, Postboks 40, 9811 Vadsø

Tilbudsforespørsel

Forenklet forespørsel etter lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I

Røntgenbærer til Nordlandssykehuset HF, Bodø



1 Generell informasjon om konkurransen

1.1 Oppdragsgiver og kunde

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Kunden. Kunden på denne avtalen er Nordlandssykehuset HF.

1.2 Anskaffelsens omfang

Oppdragsgiver ønsker tilbud på røntgenbåre til traumepasienter.

Det skal anskaffes totalt 1 bære, med opsjon på ytterlige 1 tilsvarende bære:

- Røntgenbåre til traumepasienter. Bårene skal benyttes i akuttmottaket ved Nordlandssykehuset Bodø.
- Garantitid 2 år.
- Tilbyder skal tilby aktuelle opsjoner og tilleggsvalg.
- Det er mulig å inngi tilbud på ulike bærer så lenge de innfrir kravene i tabellen.

Behov:	Røntgenbåre til traumepasienter:
Konfigurering:	<ul style="list-style-type: none">• Hydraulisk eller elektrisk justerbar høyde (det er mulig å gi tilbud på flere).• Røntgendetektorskuff til både toraks og bekken. Detektoren bør, men må ikke, kunne settes inn fra siden.• Oppgi mål på røntgendetektorskuff: Bredde, lengde og høyde.• Bør kunne flytte detektoren enkelt fra toraks til bekken.• Må være tilpasset detektorer:<ul style="list-style-type: none">○ Mål detektor 47 x 39 cm• Skal ha mulighet for sjokkleie.• Skal ha nedfellbare sengehester som skal kunne tas under madrassnivå på grunn av TraumaTransfer-madrass som benyttes til bårene.• Bør være kompatibel med pasientvekt i gulv<ul style="list-style-type: none">○ Mål pasientvekt 76 x 143 cm, alle hjul må være på vekten samtidig• Det skal bare være nødvendig med én låsehendel for å kunne låse alle hjul.• Enkel manøvrerbar.• Det bør være lite friksjon i underlag når pasient skal overflyttes med trauma transfer.• Den bør være konstruert slik at det blir minst mulig mellomrom mellom bære og undersøkelsesbenk når pasienter skal dras over.• Bør tåle høy pasientvekt.• Opphengskroker til IV-stativ og O2-holder til 3-litersflasker (ca. 56cm høy, 37 cm omkrets) skal medfølge.• Bør også ha opphengskroker til urinposeholder.• Kjørehåndtak må ikke være i veien, eventuelt være avtagbar eller kunne slå ned.



Vennligst oppgi leveringstid og legg ved brosjyre og produktspesifikasjon. Priser skal inkludere frakt DDP og bes oppgitt eks. mva.

Se Bilag 1 Prisskjema for nærmere beskrivelse.

1.3 Avtaletype

Kjøpsavtale.

1.4 Innlevering av tilbud

Tilbud skal leveres elektronisk via gjeldende tilbudsforespørsel i Merccell-portalen, www.merccell.no.

1.5 Evaluering og tildeling av kontrakt

Tildeling av kontrakt vil skje på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kvalitet og kostnad.

1.6 Bilag til forespørselen

- Kjøpsavtale
- Bilag 1 Prisskjema
- Bilag 2 Tilbudsforespørsel (dette dokumentet)
- Bilag 3 Mottaksprotokoll
- Bilag 4 Tilbudsbrev
- Bilag 5 Særlige bestemmelser for utstyrskjøp
- Bilag 6 Kontraktskrav etisk handel
- Bilag 7 Egenerklæring om russisk involvering i offentlige anskaffelser

1.7 Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 4 måneder regnet fra tilbudsfristen.