

KJØPER	
Navn Nordlandssykehuset HF	
Adresse Prinsensgt 164	
Postnr 8005	Poststed Bodø
Kjøpers kontaktperson Bengt K Strande	Telefonnr 75534406
E-mail bstr@nlsh.no	

KJØPERS REFERANSE/-NR.
20341 Ultalydapparat 2stk, DIAG, opsjon 1stk

ØNSKET ANTALL KOPIER

INFORMASJON	
Til grunn for tilbudet skal ligge bestemmelsene i AKS.	
Tilbud gis på blankett DnV 3.06.03/JAN91.	
Vi forebeholder oss retten til å anta hvilket som helst tilbud, eventuelt avvise alle.	
Deres tilbud må være oss i hende senest:	Dato 27.10.2011
	Klokkeslett 14.00
Tilbudet skal være gyldig til:	Dato 27.02.2012
Tekniske spørsmål om utstyret kan rettes til:	Brukerorienterte spørsmål kan rettes til:
Navn Jan Erik Sundby	Navn Trine Skjeflo
Telefon	Telefon
Telefaks	Telefaks
E-mail	E-mail

TILBUD
Vi ønsker tilbud på følgende utstyr (Nomenklatur hvis mulig):
2stk ultralydapparat med god ytelse, opsjon 1stk. Det må være kompatibelt med eksisterende og framtidig RIS og PACS (AGFA Impax og Dips Ris i dag. SECTRA Ris og PACS i framtiden).
Inkl følgende: programvare for kontrastundersøkelser, fotpedal, doppler, workklist, Prober som er tilpasset undersøkelser som nevnt under og tilpasset både store og små voksne + barn (Prober prises separat!) .Nåleførere til overflate og dybde-dette trengs kun til et apparat.
Lagringskapasitet på apparatet skal oppgis.
Det skal beskrive hvor lang tid det tar før apparatet er klar til bruk etter at det har vært slått av og flyttet. OPSJONSFRIST for app. nr 3 er 30.06.2013, ca10% sannsynlighet
Utstyret skal være egnet til følgende bruk:
Diagnostikk og intervensjon: Pediatri, også undersøkelse av premature: Cerebrum, Hofter, Abdomen/bekken. Abdomen - inkludert mulighet for dopplerundersøkelse av dyptliggende strukturer. Dopplerundersøkelser av ekstremiteter, arterier og vener, Thyreoidea, Testis, Biopsier, Pleuratapping og drenasjer også utført på kliniske avdelinger der lys og plassforhold ikke er optimale. Undersøkelse av traumepasienter i akutt mottak
Plassering:
Bodø, Bildediagn avdeling. (Rom 10A og B)
Spesielle ønsker (tilleggsutstyr)
Anbefalte prober prises separat. Probene skal kunne benyttes til nevnte undersøkelser (se over). Minimum 2års garanti på appartene er ett krav.

SIGNATUR	
Dato 16.09.2011	Navn og signatur

AVVIK FRA STANDARDBETINGELSENE

Levering:

 ingen avvik

Fritt levert, DDP (Incoterms 2000) Nordlandssykehuset Bodø

Betalingsbetingelser:

 ingen avvik

Leveringsmåned + 30dager

TILBUDET SKAL INKLUDERE

Montering/godkjenning

 Montering Montering og igangkjøring Gjennomføring av godkjenningssprøve

Opplæring

 Opplæring av brukere

Brukeropplæring forutsettes gjort ved overlevering.

Videre skal det angis pris på superbrukerkurs for 2 radiologer!

 Opplæring av teknisk personell

Pris på fullt ingeniørkurs ved fabrikk eller opplæringscenter oppgis!

Etter endt kurs skal ingeniør kunne håndtere komplett service på utstyret.

Opphold og diett etter "statens regulativ".

I tillegg kan leverandøren tilby og beskrive alternativ opplæring for teknisk

personell. Sykehusets ingeniører skal både under garantiperiode og etter

garantiperiode, uavhengig av serviceavtale osv ha sammeservice-feilsøkningsverktøy,

-software eller -kalibreringsutstyr som leverandørens egne ingeniører

Vedlikehold/service

Det skal spesifiseres årskostnad for servicekontrakt etter følgende alternativer:

1. Forebyggende vedlikehold inklusive telefonsupport, reise og diett.
2. Forebyggende vedlikehold inklusive telefonsupport, reise, diett og reparasjonsservice.
3. Forebyggende vedlikehold inklusive telefonsupport, reise, diett, reparasjonsservice og reservedeler, unntak spesifiseres.
4. Eventuelt tillegg for programvarevedlikehold.
5. Eventuelt tillegg for fjerndiagnose og feilretting via telelinje.
6. Service uten avtale (timebetaling arbeid/reise).

For alle alternativer oppgis:

- Tilkallingstid - antall timer, hverdager - klokkeslett
- Tilkallingstid - antall timer, andre dager - klokkeslett
- Oppetidsgaranti
- Beskrivelse av serviceorganisasjonen ønskes vedlagt.

DOKUMENTASJON

- A Skal leveres sammen med tilbud
 B Skal følge med salgsgjenstanden
 C Skal kunne fås på anmodning
 D Ikke relevant

	A	B	C	D
1. Kortfattet norsk bruksanvisning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Komplette bruksanvisning <input checked="" type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Skandinavisk <input type="checkbox"/> Engelsk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Anbefalt brukerrettersyn/-vedlikehold	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beskrivelse av rengjørings-/desinfeksjons-/steriliseringsmetode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Liste over anbefalt spesialverktøy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Reserveredelsfortegnelse med priser			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Service håndbok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Teknisk beskrivelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tegninger, målskisser og skjemaer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Feilsøkingsskjema		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kopi av samsvarserklæring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beskrivelse av eventuelt kvalitetssikringssystem hos leverandør/producent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Attest for skatter og avgifter RF 1244B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fordel med følgende funksjonaliteter:

- Høyderregulering på konsollen.
- Gelevarmer
- Porter til minimum 3 aktive prøber og to "hvileporter".
- roterbar skjerm / digital rotasjon av bilde til barnehofter (eller mulighet for tilkobling av ekstern skjerm).
- mulighet for å legge inn egne programmer
- lavt støynivå
- for programmer som gir bedre visualisering av biopsinål og for fjerning av artefakter
- Panoramabilde funksjon