



## Anbud: 2.17.17.01.1 Fysioterapi

### Undergruppe: 01 Fysioterapi Del 1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.20.001	<b>Stimulator, nerve transkutan</b>	7	0
	<b>Bruksområde</b> Instruksjon og utprøving i smertebehandling		
	<b>Skal krav</b> a/ Med 2 kanaler med ulike frekvenser på hver kanal b/ Med automatisk låsetast c/ Med timer og lader d/ Med liten avstand mellom amplitude på strømstyrke e/ Med forskjellig pulsbredde på kanalene f/ Skal kunne administreres av pasienten selv g/ Skal være mulig å bruke to par elektroder med individuelle innstilling på samme tid		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Valgmuligheter av type strømkombinasjoner		
17.01.001	<b>Benk, fysioterapi, hydraulisk, 3-delt</b>	1	0
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Benken skal være hydraulisk hev-/senkbar b/ Benken skal ha låsbare hjul med sentrallås c/ Benken skal være hev- /senkbar i området ca. 45 - 95 cm. d/ Tilgjengelige bredder skal prissettes separat i vedlegg B1 e/ Liggeflaten skal ha pustehull f/ Liggeflaten skal være vannavstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Polstring av benk b/ Lavest mulige høyde c/ Mulighet for feste av fikseringsutstyr d/ Maksimum høyeste vektbelastning e/ Område for regulering av hodedel		
17.01.002	<b>Benk, fysioterapi, elektrisk, 3-delt</b>	5	0
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Benken skal være elektrisk hev-/senkbar b/ Benken skal ha låsbare hjul med sentrallås c/ Benken skal være hev- /senkbar i området ca. 45 - 95 cm. d/ Tilgjengelige bredder skal prissettes separat i vedlegg B1 e/ Liggeflaten skal ha pustehull f/ Liggeflaten skal være vannavstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Polstring av benk b/ Lavest mulige høyde c/ Mulighet for feste av fikseringsutstyr d/ Maksimum høyeste vektbelastning e/ Område for regulering av hodedel		
17.01.003	<b>Benk, fysioterapi, hydraulisk, 5-delt</b>	1	0
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Benken skal være hydraulisk hev-/senkbar b/ Benken skal ha låsbare hjul med sentrallås c/ Benken skal være hev- /senkbar i området ca. 45 - 95 cm.		



<b>17.01.003</b>	<b>Benk, fysioterapi, hydraulisk, 5-delt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Skal krav</b>			
d/ Tilgjengelige bredder skal prissettes separat i vedlegg B1			
e/ Liggeflaten skal ha pustehull			
f/ Liggeflaten skal være vannavstøtende			
g/ Benken skal ha trinnløse armputer			
h/ Benken skal ha regulerbar hodedel			
<b>Tilbyder skal beskrive</b>			
a/ Polstring av benk			
b/ Lavest mulige høyde			
c/ Mulighet for feste av fikseringsutstyr			
d/ Maksimum høyeste vektbelastning			
e/ Område for regulering av hodedel			
<b>Dokumentasjonskrav</b>			
<b>17.01.004</b>	<b>Benk, fysioterapi, elektrisk, 5-delt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
For fysioterapi			
<b>Skal krav</b>			
a/ Benken skal være elektrisk hev-/senkbar			
b/ Benken skal ha låsbare hjul med sentrallås			
c/ Benken skal være hev- /senkbar i området ca. 45 - 95 cm.			
d/ Tilgjengelige bredder skal spissetes separat i vedlegg B1			
e/ Liggeflaten skal ha pustehull			
f/ Liggeflaten skal være vannavstøtende			
g/ Benken skal ha trinnløse armputer			
h/ Benken skal ha regulerbar hodedel			
<b>Tilbyder skal beskrive</b>			
a/ Polstring av benk			
b/ Lavest mulige høyde			
c/ Mulighet for feste av fikseringsutstyr			
d/ Maksimum høyeste vektbelastning			
e/ Område for regulering av hodedel			
- Alternative bredder / lengder, prissettes			
<b>Dokumentasjonskrav</b>			
<b>17.01.007</b>	<b>Mattebenk, elektrisk, hel plate</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
For fysioterapi			
<b>Skal krav</b>			
a/ Benken skal være elektrisk hev-/senkbar			
b/ Benken skal låsbare hjul med sentrallås			
c/ Benken skal ha vannavstøtende liggeflate			
d/ Området for høyderegulering skal være minimum 40 cm.			
e/ Benken skal kunne senkes til 45 cm. fra golv			
f/ Bredden skal ligge mellom 100 cm. og 130 cm.			
<b>Tilbyder skal beskrive</b>			
a/ Tilgang til høyderegulering			
b/ Kjørbarhet, med tilhørende låsing av hjul			
c/ Maksimum akseptabel vektbelastning			
d/ Polstring			
e/ Lavest / høyest mulige høyde			
<b>17.01.014</b>	<b>Trekkapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
Benyttes til medisinsk treningsterapi og annen trening av pasienter			
<b>Skal krav</b>			
a/ Trekkapparatet skal ha en enkel metode for vektregulering fra 0,5 kg og oppover			
b/ Trekkapparatet skal kunne benyttes til medisinsk treningsterapi			
c/ Trekkapparatet skal ha demping av vektlodd			
d/ Det skal være mulig å montere på annet MTT- utstyr			
e/ Trekkapparatet skal leveres med to nedtrekk, evt. to apparat i veggramme			



<b>17.01.014 Trekkapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Regulering av snorlengde		
b/ Mulighet for regulering av høyde		
c/ Vektmagasin, intervall		
d/ Mulighet for utskifting av snor		
e/ Metode for feste til vegg for å sikre stabilitet		
f/ Mulighet for montering på veggskinne og eller frittstående, prissettes i vedlegg B1		
<b>17.01.016 Nedtrekksapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Benyttes til medisinsk treningsterapi og annen trening av pasienter		
<b>Skal krav</b>		
a/ Nedtrekksapparatet skal ha innkapslede vekter		
b/ Nedtrekksapparatet skal kunne benyttes til medisinsk treningsterapi		
c/ Nedtrekksapparatet skal kunne veggmonteres		
d/ Med minimum 60 kg vekt		
e/ Med vektintervaller på 5 kg.		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Metode for belastningsregulering		
b/ Metode for høydejustering		
c/ Demping av vektlodd		
<b>17.01.021 Trekkapparat, modul, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
For påmontering av trekk- og/eller nedtrekksapparater		
<b>Skal krav</b>		
a/ Modul skal kunne benyttes til tilbudte trekk-/ nedtrekksapparater		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Modulens flyttbarhet		
b/ Mulighet for forlenget festestang		
c/ Mulig antall påmonterte trekk-/nedtrekksapparater		
<b>17.01.056 Massasjeapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Til bruk ved pasientbehandling		
<b>Skal krav</b>		
a/ Gulvmodell på hjul		
b/ Trinnløs hastighetsregulering		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Antall tilbudte behandlingshoder		
b/ Antall hastigheter og regulering av disse		
c/ Metode for utskifting av deler		
d/ Apparatets støynivå i dB		
<b>Dokumentasjonskrav</b>		
<b>17.01.105 Mobiliserings- og traksjoneringsutstyr</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
For fysioterapi		
<b>Skal krav</b>		
Består av:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belte for fiksering ved benkebehandling</li><li>• Traksjonsbelte, polstret, med borrelås</li><li>• Mobiliseringskile som kan fikseres</li></ul>		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Lengde på fikseringsbelte		
b/ Lengde på traksjonsbelte		
c/ Metode for feste av mobiliseringskile		
d/ Festesystem for fikseringsbelte		
<b>17.01.115 Petö-benk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		



<b>17.01.115</b>	<b>Petö-benk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi av barn		
	<b>Skal krav</b> a/ Benken skal tåle at både barn og fysioterapeut sitter på den samtidig b/ Benken skal ha regulerbar høyde		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Høyeste akseptable vektbelastning b/ Metode for høyderegulering		
<b>17.01.116</b>	<b>Behandlingsbenk, sammenleggbar</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Benken skal ha pustehull b/ Benken skal ha høyderegulerbart stativ c/ Stativet skal ha lav vekt d/ Liggeflaten skal være vannanstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Benkens vekt b/ Benkens polstring c/ Lavest / høyest mulige høyde på benken d/ Mulighet for bæretrekk e/ Maksimum akseptable vektbelastning		
<b>V2.04.017</b>	<b>Benk, fysioterapi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr.17.01.004		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr.17.01.004		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr.17.01.004		
<b>V2.04.026</b>	<b>Tredemølle</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Benyttes til trening av funksjon, kondisjon og styrke		
	<b>Skal krav</b> a/ Tredemøllen skal ha et brukervennlig betjeningspanel b/Tredemøllen skal ha trinnløs hastighetsregulering opp til minimum 20 km / t c/ Tredemøllen skal ha pulsregistrering d/ Tredemøllen skal ha en sklisikker overflate på løpebane e/ Tredemøllen skal ha elevasjonsmulighet ca. 0 - 15 grader f/ Tredemøllen skal ha god demping ved fotisett g/ Tredemøllen skal ha armstøtter på sidene h/ Tredemøllen skal ha en båndbredde på ca. 50 cm. i/ Minimum båndlengde skal være ca. 150 cm. j/Tredemøllen skal ha manuelle og forhåndsdefinerte programmer k/ Tredemøllen skal ha PC som måler hastighet, distanse og tid  Se art.nr. 17.01.093		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Slitestykke b/ Metode for betjening c/ Maksimum hastighet og stigning og regulering av disse d/ Forhåndsdefinerte program e/ Mulighet for egendefinering av program f/ Største akseptable vektbelastning		
<b>V2.04.029</b>	<b>Ergometersykkel</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Undersøkelses og behandlingsrom for fysioterapi. Trening med eventuell pulsmåling		
	<b>Skal krav</b>		



<b>V2.04.029 Ergometersykkel</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Skal krav</b>		
a/ Sykkelen skal være enkel å flytte		
b/ Sykkelen skal ha regulerbar sittehøyde og styrehøyde		
c/ Sykkelen skal ha digitalt display med km-teller og hastighet		
d/ Sykkelen skal ha lav innstigningshøyde		
e/ Sykkelen skal ha frikrans		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Bremsesystem		
b/ Mulighet for regulering av motstand og metode for dette		
c/ Metode for flytting		
d/ Sykkelens stabilitet		
e/ Alternative metoder for styring (elektronisk), prissettes i vedlegg B1		
<b>V2.04.036 Benpress</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Styrketreningsapparat med sittende horisontal beinpress og vektmagasin		
<b>Skal krav</b>		
a/ Mulig vektbelastning minimum 150		
b/ Med vannavstøtende liggeflate		
c/ Med regulerbar motstand		
d/ Med regulerbar rygg vinkel		
e/ Kunne brukes av personer med forskjellig benlengde		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Metode for regulering av motstand		
b/ Metode for regulering av ryggvinkel		
c/ Metode for regulering iht benlengde		
<b>V2.04.037 Kombitrener</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
For styrketrening av kne		
<b>Skal krav</b>		
a/ Skal kunne stille inn bevegelsesutslag i både fleksjon og ekstensjon (feks. 30 - 60 grader)		
b/ Skal kunne reguleres for å tilpasses pasienter med ulik benlengde		
c/ Skal ha enkel regulering av vektmotstand		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Metode for regulering av vektmotstand		
b/ Området for bevegelsesutslag		
<b>V2.04.038 Ståstativ, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Trening av overekstremiteter i stående og vektbærende posisjon		
<b>Skal krav</b>		
a/ Skal være høydejusterbar		
b/ Skal være låsbar		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Mekanisme for høyderegulering		
b/ Metode for låsing		
c/ Maksimal akseptabel vektbelastning		
<b>V2.04.043 Mattebenk, elektrisk, hel plate</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Se art.nr. 17.01.007		
<b>Skal krav</b>		
Se art.nr. 17.01.007		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
Se art.nr. 17.01.007		
<b>V2.04.044 Trekkapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		



<b>V2.04.044 Trekkapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.014		
<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.014		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.014		
<b>V2.04.045 Nedtrekksapparat, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.016		
<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.016		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.016		
<b>V2.04.047 Treningsbenk for bruk sammen med trekk-/nedtrekksapp.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Til bruk sammen med trekk-/ nedtrekksapparater til medisinsk treningsterapi og annen trening av pasienter		
<b>Skal krav</b> a/ Skal ha mulighet for å regulere rygg i flere vinkler b/ Skal ha mulighet for å justere vinkel på sitteflate		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Mekanisme for regulering av vinkel b/ Område for regulering av vinkel		
<b>V2.04.056 TENS apparat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 12.10.001		
<b>Skal krav</b> Se art.nr. 12.10.001		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 12.10.001		
<b>V2.04.071 Tilleggsutstyr MTT</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> For bruk sammen med ulike trekk-/ nedtrekksapparater		
<b>Skal krav</b> Består av. <ul style="list-style-type: none"><li>• Stropp for feste på pasientens håndledd for pasienter med nedsatt hånd-/fingerfunksjon</li><li>• Stropp for feste på pasientens ankel/legg for trening av underekstremiteter</li><li>• Nedtrekksbøyøe for bredt overhandsgrep</li><li>• Nedtrekksbøyøle med smalt underarmsgrep</li><li>• Rett stang for trening av f.eks. arm</li></ul>		
b/		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Påkoblingsmekanisme for hvert enkelt tilleggsutstyr		



## Undergruppe: 02 Fysioterapi Del 2

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
17.01.011	<b>Krakk,fysioterapi, rundt sete</b>	9	0
	<b>Bruksområde</b> Til bruk for fysioterapeuter ved behandling av pasient, sittende eller liggende på benk		
	<b>Skal krav</b> a/ Krakken skal ha 5 hjul b/ Krakken skal ha regulerbar høyde c/ Sete skal være polstret		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Valg av stofftrekk på tilbudt krakk b/ Hjul c/ Høydergulering		
17.01.012	<b>Krakk, fysioterapi, "sykkelsete"</b>	3	0
	<b>Bruksområde</b> Til bruk for fysioterapeuter ved behandling av pasient, sittende eller liggende på benk		
	<b>Skal krav</b> a/ Krakken skal ha 5 hjul b/ Krakken skal ha regulerbar høyde c/ Setet skal være polstret		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Valg av stofftrekk på tilbudt krakk b/ Hjul c/ Høydergulering d/ Utforming av sete		
17.01.040	<b>Bord, manual,</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> For oppbevaring av manualer		
	<b>Skal krav</b> a/ Bordet skal leveres med minimum manualpar fra 0,5 - 5,0 kg		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Mulighet for låsing av hjul b/ Antall manualer med vektfordeling som kan oppbevares		
	<b>Dokumentasjonskrav</b>		
17.01.068	<b>Matte, gymnastikk, bred</b>	7	0
	<b>Bruksområde</b> Skal brukes i forbindelse med behandling/ trening av pasienter.		
	<b>Skal krav</b> a/ Bredde x Lengde skal være ca. 1000x1850 mm b/ Med tykkelse ca 15 mm		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Anbefalt metode for rengjøring b/ Mattens overflate med tanke på sklisikkerhet c/ Mattens brannsikkerhet d/ Mattens støvavvisende egenskaper e/ Mattens vekt f/ Mattens væskeavstøtende egenskaper g/ Muligheter for lagring av matte h/ Mattens støtabsorberende egenskaper		
	<b>Dokumentasjonskrav</b>		
17.01.069	<b>Matte, gymnastikk, smal</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> Skal brukes i forbindelse med behandling/ trening av pasienter.		
	<b>Skal krav</b> a/ Bredde x Lengde skal være ca.650x1850 mm b/ Med tykkelse ca 15 mm		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Anbefalt metode for rengjøring		



<b>17.01.069</b>	<b>Matte, gymnastikk, smal</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> b/ Mattens overflate med tanke på sklisikkerhet c/ Mattens brannsikkerhet d/ Mattens støvavvisende egenskaper e/ Mattens vekt f/ Mattens væskeavstøtende egenskaper g/ Muligheter for lagring av matte h/ Mattens støtabsorberende egenskaper		
	<b>Dokumentasjonskrav</b>		
<b>17.01.071</b>	<b>Matte, gymnastikk, ekstra tykk</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Til bruk ved fysikalsk behandling og trening av pasient		
	<b>Skal krav</b> a/ Mattens tykkelse skal være ca. 250 mm		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Anbefalt metode for rengjøring b/ Mattens overflate med tanke på sklisikkerhet c/ Mattens brannsikkerhet d/ Mattens støvavvisende egenskaper e/ Mattens vekt f/ Mattens væskeavstøtende egenskaper g/ Muligheter for lagring av matte h/ Mattens støtabsorberende egenskaper		
<b>17.01.072</b>	<b>Matte, stativ for vegg</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For oppheng av gymnastikkmatter		
	<b>Skal krav</b> a/ Stativet skal ha plass til minst 8 matter b/ Bredde skal ikke overstige 1400 mm c/ Stativet skal monteres på vegg d/ Montasje skal være inkludert i prisen		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Antall matter det er plass til på stativet		
<b>17.01.079</b>	<b>Balansepute</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For balansetrening		
	<b>Skal krav</b> a/ Diamenten skal være ca. 40 cm.		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Produktets materiale b/ Eventuelle antiskliegenskaper		
<b>17.01.084</b>	<b>Speil, hjulgående, vipbart</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Med 4 hjul b/ Speilstørrelse ca 150x50cm.		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Hjul b/ Mulighet for justering av speilflaten		
<b>17.01.087</b>	<b>Ballkurv på hjul</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Oppbevaring av gym.baller		
	<b>Skal krav</b> a/ Skal kunne lukkes		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Størrelsesmål b/ Materialvalg c/ Hjul		





<b>17.01.087</b>	<b>Ballkurv på hjul</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	Tilbyder skal beskrive		
<b>17.01.098</b>	<b>Vektmansjetter, diverse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ 0,25 - 4 kg. b/ Skal kunne festes til ankler og håndledd		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Anbefalt metode for rengjøring		
<b>17.01.099</b>	<b>Baller, fysioterapi</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Skal kunne etterfylles med luft		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Metode for etterfylling av luft		
<b>17.01.100</b>	<b>Puter / pøller fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Skal inkludere psoas-, halvmåne- og trekantpute b/ Stofftrekk skal være vannavstøtende c/ Tilbudte enheter skal prises separat i vedlegg B1		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Mål på tilbudte enheter b/ Stoff og kjernemateriale i tilbudte enheter		
<b>17.01.108</b>	<b>MTT-utstyr</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Fysisk treningsutstyr, bl.a. kombinert med trekkapparater		
	<b>Skal krav</b> Består av: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 stk. vinkelbord</li><li>• 1 stk. skråbrett</li><li>• 1 stk. mobiliseringsbenk</li><li>• 2 stk. mini treningsbenk</li></ul>		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Størrelsesmål		
<b>17.01.110</b>	<b>Pøller, diverse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi i barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> a/ Stofftrekk skal være vannavstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Pøllenes mål b/ Stoff og kjernemateriale i tilbudte pøller		
<b>17.01.111</b>	<b>Trampoline</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Diameter ca. 150 cm.		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Mulighet for sikring av bruker		



<b>17.01.111</b>	<b>Trampoline</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Tilbyder skal beskrive		
<b>17.01.124</b>	<b>Kasse, 2 høyder</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Med høyder ca. 15 og 20 cm.		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Størrelsesmål		
<b>17.01.126</b>	<b>Stativ, gymballer</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Oppbevaring av fysioterapiutstyr		
	<b>Skal krav</b> a/ Skal kunne monteres på vegg b/ montasje skal være inkludert i prisen		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Størrelsen på baller tilbudt stativ kan romme b/ Mulighet for å felle ned stativet		
<b>17.01.135</b>	<b>Gymball</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ $\varnothing$ = ca. 85 cm		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Metode for etterfylling av luft		
<b>21.06.011</b>	<b>Anatomisk modell, skulder</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Undervisning / instruksjon til pasient		
	<b>Skal krav</b> a/ Med ligamenter b/ På stativ		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.012</b>	<b>Anatomisk modell, hofte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Undervisning / instruksjon til pasient		
	<b>Skal krav</b> a/ Funksjonsmodell med ligamenter b/ På stativ		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.013</b>	<b>Anatomisk modell, kne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Undervisning / instruksjon til pasient		
	<b>Skal krav</b> a/ Funksjonsmodell med ligamenter b/ På stativ		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.014</b>	<b>Anatomisk modell, albue</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Undervisning / instruksjon til pasient		
	<b>Skal krav</b> a/ Funksjonsmodell med ligamenter b/ På stativ		



<b>21.06.014 Anatomisk modell, albue</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Tilbyder skal beskrive		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.015 Anatomisk modell, arm</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Undervisning / instruksjon til pasient		
Skal krav		
a/ Med skulderblad, nøkkelbein og hånd		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.016 Anatomisk modell, bein</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Undervisning / instruksjon til pasient		
Skal krav		
a/ Med 1/2 bekken og fot		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>21.06.017 Anatomisk modell, hofte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Undervisning / instruksjon til pasient		
Skal krav		
a/ På stativ		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>V2.04.018 Matte, gymnastikk, bred</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Se art.nr.17.01.068		
Skal krav		
Se art.nr.17.01.068		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr.17.01.068		
<b>V2.04.027 Gangbane</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
For trening av gangfunksjon		
Skal krav		
a/ Støtter skal være høyderegulerbar		
b/ Gangbanen skal være sammenleggbar		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Vedlikehold		
b/ Sammenleggbarhet		
c/ Mulige lengder/bredder		
d/ Metode for høyderegulering		
<b>V2.04.028 Utstyr for medisinsk treningsterapi (Kombinasjoner)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Må splittes opp i enkeltartikler og legges i rom		
<b>V2.04.048 Bord, manual</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Se art.nr. 17.01.040		
Skal krav		
Se art.nr. 17.01.040		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr. 17.01.040		
<b>V2.04.049 Anatomisk modell, skjelett</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Bruksområde		
Undervisning / instruksjon til pasient		
Skal krav		



<b>V2.04.049 Anatomisk modell, skjelett</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Skal krav</b>		
a/ Tilnærmet 1 / 1 skala		
b/ Vise bendeler og ligamenter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>V2.04.050 Anatomisk modell, rygg</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Undervisning / instruksjon til pasient		
<b>Skal krav</b>		
a/ Tilnærmet 1 / 1 skala		
b/ Vise bendeler og ligamenter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>V2.04.051 Anatomisk modell, kne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Undervisning / instruksjon til pasient		
<b>Skal krav</b>		
a/ Tilnærmet 1 / 1 skala		
b/ Vise bendeler og ligamenter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>V2.04.052 Anatomisk modell, hofte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Undervisning / instruksjon til pasient		
<b>Skal krav</b>		
a/ Tilnærmet 1 / 1 skala		
b/ Vise bendeler og ligamenter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Materialet modellen er produsert i		
<b>V2.04.053 Step-krakk</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Til bruk ved øvelsestrening der det trenes med utfordringer i det horisontale plan.		
<b>Skal krav</b>		
a/ Krakken skal være stødig		
b/ Krakken skal være høyderegulerbar med minst tre nivåer		
.		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Metode for høyderegulering		
b/ Maksimal vektbelastning		
<b>V2.04.054 Balansepute, skumfylt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Balansetrening, øvelsestrening fysioterapi		
<b>Skal krav</b>		
a/ Skal være sklisikker		
b/ Skal ha høy grad av friksjon mot underlag		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Løsning av sklisikkerhet		
b/ Løsning av friksjon		
<b>V2.04.055 Balansepute, luftfylt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Balansetrening, øvelsestrening fysioterapi		
<b>Skal krav</b>		
a/ Skal være sklisikker		
b/ Skal ha høy grad av friksjon mot underlag		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Pumpe-/ventilmekanisme		



<b>V2.04.059</b>	<b>Pute, fysioterapi, psoas</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Trekk skal være vannavstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Putens mål a/ Materialvalg i trekk og kjerne		
<b>V2.04.060</b>	<b>Pølle, halv rund</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Til fysioterapi for bruk på benk		
	<b>Skal krav</b> a/ Mål skal være ca. 10x20x60 cm b/ Trekk skal være vannavstøtende		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Pøllens mål b/ Materialvalg i trekk og kjerne		
<b>V2.04.061</b>	<b>Krakk, fysioterapeut, rundt sete</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.011		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.011		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.011		
<b>V2.04.064</b>	<b>Ribbevegg</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> For trening av styrke og bevegelse i forbindelse med fysioterapi		
	<b>Skal krav</b> a/ Skal kunne veggmonteres b/ Det skal være mulig for en person å henge relativt fritt fra øverste ribbe c/ Skal være dimensjonert for personer opp til 150 kg.		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Metode for veggmontering b/ Løsning av skalkrav b c/ Plassbehov		
<b>V2.04.065</b>	<b>Matte, stativ for vegg</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.072		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.072		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.072		
<b>V2.04.066</b>	<b>Speil, hjulgående, vipbart</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.084		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.084		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.084		
<b>V2.04.067</b>	<b>Vektmansjetter, diverse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.011		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.011		



<b>V2.04.067</b>	<b>Vektmansjetter, diverse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.011		
<b>V2.04.068</b>	<b>Trampoline</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se.art. 17.01.011		
	<b>Skal krav</b> Se.art. 17.01.011		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se.art. 17.01.011		
<b>V2.04.069</b>	<b>Matte, gymnastikk, smal</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.069		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.069		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.069		
<b>V2.04.070</b>	<b>Baller, fysioterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr.17.01.099		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr.17.01.099		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr.17.01.099		
<b>V2.04.072</b>	<b>Ballkurv på hjul</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Se art.nr. 17.01.087		
	<b>Skal krav</b> Se art.nr. 17.01.087		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> Se art.nr. 17.01.087		

## Anbud: 2.17.17.02.1 Ergoterapi

### Undergruppe: 01 Ergoterapi

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
<b>17.03.005</b>	<b>Bord, arbeids, hev-/senkbart u/hjul</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b> Benyttes i forbindelse med utprøving av ergonomiske hjelpemidler		
	<b>Skal krav</b> a/ Manuell høydejustering b/ Uten sarg c/ Mulighet for vinkling av bordplaten / deler av bordplate d/ Kunne brukes av personer i store rullestoler e/ Overflate som er egnet for svaksynte - enkelt å skape kontraster		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Mulige størrelser b/ Egnethet for rullestolbrukere c/ Egnethet for svaksynte d/ Mulighet for å sitte på hver side av bordet e/ Mulighet for tilsatsplate med utsparring f/ Forskjellige størrelser prissettes i Vedlegg B1		
<b>17.03.007</b>	<b>Stol, arbeids, til barn, ergonomisk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b>		



<b>17.03.007 Stol, arbeids, til barn, ergonomisk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Hev-senkbar ergonomisk arbeidsstol til barn		
<b>Skal krav</b> a/ Høyderegulerbar b/ Mulighet for tilting av sete fram- og bakover c/ Hjul med sentralbrems d/ Med armlener e/ Med benstøtter f/ Mulighet for justering av setedybde g/ Mulighet for påmontering av ulike former for støtter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Alt tilgjengelig ekstrautstyr, prissettes i Vedlegg B1 b/ Mulighet for elektrisk manøvrering, prissettes i Vedlegg B1 c/ Tilgjengelig materiale i trekk		
<b>V1.053 Arbeidsstol, elektrisk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Skal benyttes i treningskjøkken i forbindelse med rehabilitering		
<b>Skal krav</b> a/ Elektrisk manøvrering b/ Enkelt betjeningspanel c/ Med armlener d/ Med benstøtter		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Batterikapasitet b/ Betjeningspanelets utforming c/ Mulighet for elektrisk vinkling av setet fram- og bakover, prissettes separat i Vedlegg B1 d/ Maksimal brukervekt		
<b>V2.04.034 Testutstyr, ergoterapi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Til bruk i forbindelse med kartlegging av pasienters kognitive evner		
<b>Skal krav</b> a/ Samlepakken skal bestå av: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 dimensjonale geometriske former i forskjellige farger</li><li>• RBMT</li><li>• 9 hole peg test</li><li>• Solitairespill, stort</li><li>• Solitairespill, lite</li><li>• Nordic stroke driver screening assessment (NorSDSA)</li><li>• Div. spill (ludo, yatzy, kortspill ol.</li><li>• Div. utstyr for trening/ testing av håndmotorikk (plate med skruer, Sequencing beads og lignende)</li><li>• Div. ulike skrivebordstester for kartlegging av kognitiv funksjon, samt syn</li><li>• Dynamometer</li><li>• Pinchmeter</li><li>• Goniometer i div. størrelser</li></ul>		
<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Samlepakkens innhold		
<b>V2.04.035 Tekniske hjelpemidler, ergoterapi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b> Benyttes i forbindelse med utprøving og opplæring i ADL		
<b>Skal krav</b> Pakken skal bestå av: <ul style="list-style-type: none"><li>• Div. grepstilpasset bestikk</li><li>• Div. grepstilpasset arbeidsredskaper</li><li>• Div. vinklet arbeidsredskaper; kniver osthøvler med mer.</li><li>• Div. enhåndsutstyr til kjøkken; gaffelkniv, oppvaskbørste m. sugekopp, klutpresse med mer.</li><li>• Glass, kopper, tallerkener i kontrastfarger og forskjellig tyngde.</li><li>• Komfyrvakt.</li><li>• Kasseroller.</li><li>• Stekepanne.</li><li>• Småhjelpemidler for åpning av emballasje.</li><li>• Sklikker.</li><li>• Smøre Brett.</li><li>• Strømpepåtrekker.</li></ul>		



**V2.04.035 Tekniske hjelpemidler, ergoterapi**

**2 0**

**Skal krav**

- Gripetang.
- Skohorn, langt.
- Fikseringsbrett.
- Skjærebrett.
- Div. grepstilpasset og vinklet utstyr til personlig pleie iht. vask, bad og dusj.
- Div. enhåndsutstyr til personlig pleie iht. hygiene, av/ påkledning osv.

**Tilbyder skal beskrive**

Samlepakkens innhold





## Undergruppe: 02 Habilitering

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
17.01.112	<b>Hengekøye</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> Skal benyttes i barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> a/ Hengekøye skal ha et oppheng som også kan benyttes til art.nr. 17.01.013		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Oppheng b/ Maksimal brukervekt		
17.01.113	<b>Huske, inkl. sele / vest</b>	4	0
	<b>Bruksområde</b> Skal benyttes i barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> a/ Huske, inkl. sele / vest skal ha oppheng som også kan benyttes til art.nr. 17.01.112		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Utforming av sele og vest b/ Oppheng c/ Maksimal brukervekt d/ Metode for å feste bruker som trenger støtte både i hofter og bol		
17.01.114	<b>Tunell</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> Skal benyttes i barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> a/ Kryptunell b/ Delvis gjennomiktig		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Materialvalg b/ Maksimal størrelse på bruker		
17.01.117	<b>Lydmatte m/bevegelsessensor</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> For bruk i barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> a/ Matten skal være stor nok til at et barn kan ligge på den og føle lyden b/ Matten skal være lett å holde ren med tanke tanke å sikkell / oppkast / gulping		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Funksjon b/ Maksimal størrelse og vekt på bruker		
17.01.118	<b>Diverse sansestimuleringsutstyr</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> Benyttes i forbindelse med barnehabilitering		
	<b>Skal krav</b> Skal bestå av: <ul style="list-style-type: none"><li>Balanseskål "Tummelumsk" eller tilsvarende</li><li>Airex balansepute pluss m/sklisikring eller tilsvarende</li><li>"Elvestener", 2 str., 6 farger eller tilsvarende</li><li>Balansespinnsvin</li><li>Dyn-Air sittebalansepute eller tilsvarende</li></ul>		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b> a/ Funksjon på tilbudt utstyr		
17.01.119	<b>Motorikk- og markeringssett</b>	2	0
	<b>Bruksområde</b> Settet skal benyttes til å lage ulike markeringer på gulv for motoriske utfordringer i forbindelse med utredning.		



<b>17.01.119 Motorikk- og markeringssett</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Skal krav</b>		
a/ Settet skal være trygt i bruk		
b/ Settet skal være lett å legge ut og rydde inn		
c/ Settet skal være enkelt å oppbevare		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Funksjon av tilbudt utstyr i forhold til beskrevet bruksområde		
b/ Sklisikring		
c/ Maksimal vektbelastning utstyret tåler		
<b>23.08.001 LED-lyskilde med fiberoptikk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>		
Benyttes i forbindelse med barnehabilitering		
<b>Skal krav</b>		
a/ Lyskilden skal kunne benyttes på gulv eller ned mot madrass		
b/ Trådene skal tåle at barn tar i dem		
c/ Trådene skal tåle at barn putter dem i munnen		
d/ Lyskilde skal leveres med oppheng		
<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
a/ Metode for oppheng		
b/ Bruk av lyskilden på gulv / ned mot madrass		
c/ Hvordan de enkelte deler er samlet når opphengt		
d/ Betjening		
e/ Mulighet for høydejustering		

## Anbud: 2.17.17.03.1 Forflytningshjelpemidler

### Undergruppe: 01 Forflytningshjelpemidler

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
<b>16.06.001</b>	<b>Oppheng for forflytningsmadrass</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
Oppheng av forflytningsmadrass - skal tilpasses forflytningsmadrasser			
<b>Skal krav</b>			
Oppheng for forflytningsmadrass skal			
a/ Ha svingbare armer			
b/ Være veggmontert			
c/ Plasseres på riktig og sikker høyde fra gulv			
d/ Monteringsfester skal inkluderes			
e/ Montering skal være inkludert i prisen			
<b>Tilbyder skal beskrive</b>			
a/ Antall madrasser det er plass til			
<b>16.06.002</b>	<b>Forflytningsmadrass, kort</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
Benyttes til forflytning av pasient fra/til operasjonsbord/seng mm ( samme høydenivå )			
<b>Skal krav</b>			
Forflytningsmadrass skal			
a/ Være lett og smidig			
b/ Være polstret			
c/ Være enkel å arbeide med			
d/ Kunne vaskes på >60C			
e/ Være væsketett			
f/ Leveres med hygieneovertrekk			
<b>Tilbyder skal beskrive</b>			
a/ Oppbevaringsmulighet			
<b>16.06.003</b>	<b>Forflytningsmadrass, lang</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Bruksområde</b>			
Flytting av pasient mellom ulike leier i tilnærmet samme høyde.			



<b>16.06.003</b>	<b>Forflytningsmadrass, lang</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	<b>Skal krav</b>		
	Forflytningsmadrass skal		
	a/ Være lett og smidig		
	b/ Være polstret		
	c/ Være enkel å arbeide med		
	d/ Kunne vaskes på >60C		
	e/ Være væsketett		
	f/ Leveres med hygieneovertrekk		
	g/ Størrelse ca. 600x2000 mm		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	a/ Oppbevaringsmulighet		
<b>16.06.013</b>	<b>Forflytningbrettsbrett</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Støtte i forflytning av sittende pasient fra seng til stol og tilbake.		
	<b>Skal krav</b>		
	a/ Være enkelt å arbeide med		
	b/Være væsketett		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	a/ Mulighet for oppbevaring og oppheng		
	b/ Materialvalg		
	c/ Skliegenskaper		
	d/ Anbefalt metode for rengjøring		
<b>V1.014</b>	<b>Forflytningsmadrass</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Se art.nr. 16.06.003		
	<b>Skal krav</b>		
	Se art.nr. 16.06.003		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	Se art.nr. 16.06.003		
<b>V1.015</b>	<b>Oppheng til forflytningsmadrass</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Se art.nr. 16.06.001		
	<b>Skal krav</b>		
	Se art.nr. 16.06.001		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	Se art.nr. 16.06.001		



## Undergruppe: 02 Mobile pasientløftere

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.06.006	Pasientløfter, mobil, sitt-løft	6	0

### Bruksområde

Skal brukes som løftehjelpemiddel for å gi et bedre arbeidsmiljø.

Pasientløfter, mobil skal utføre de samme oppgaver som en fastmonter pasientløfter, men være mobil slik at den kan benyttes i rom der hyppigheten av løft er mindre.

Artikkelen skal inneholde alle komponenter som er nødvendige for å foreta løfting og forflytting av pasienten på en sikker måte. Pasientløfteren skal være utstyrt med batteridrift.

Pasientløftere som ikke er i bruk vil bli lagret på utstyrlageret ved sengepostene. Det er derfor ønskelig at pasientløfteren tar minst mulig plass ved lagring.

### Skal krav

- a/ Levert komplett m/løfteseil, small,medium.large
- b/ Skal være lett å manøvrere
- c/ Skal være ergonomisk tilpasset for pasient og pleiepersonell
- d/ Skal ha elektrisk breddejustering
- e/ Batterimotor skal ha lavt lydnivå og nødstop
- f/ Skal leveres med ladeaggregat
- g/ Skal ha elektrisk høyderegulering
- h/ Skal ha låsbare hjul med lav friksjon
- i/ Skal ha retningssperre på minst ett hjul
- j/ Skal ha minst ett elektrisk ledende hjul
- k/ Det skal være mulighet for påmontering av vekt
- l/ Pasientløfteren skal kunne brukes i våtrom.
- m/ Løftemotoren skal være utstyrt med nødstop.
- n/ Pasientløfteren skal være utstyrt med nødsenkfunksjon.

### Tilbyder skal beskrive

- a/ IP klasse skal oppgis
- b/ Rengjøringsprosedyrer av den mobile pasientløfteren
- c/ Mulighet for sammenslåing og plassbehov ved lagring av pasientløfteren.
- d/ Antall løft i serie før oppladning ved standard løft (ca. 80 kg)
- e/ Ladetid for batteriet fra tomt til fulladet.
- f/ Maksimum og minimum løftehøyde i cm.
- g/ Vekt på komplett mobil løfter.
- h/ Standard type batteri.
- i/ Standard høyde på understellet.
- j/ Senger til sykehuset vil bli anskaffet i en annen anbudsgruppe. Tilbyder må derfor opplyse om hvilke sengetyper pasientløfteren ikke vil passe til.

<b>V1.043</b>	<b>Pasientløfter, mobil</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
---------------	-----------------------------	----------	----------

### Bruksområde

Se art.nr. 16.06.006

### Skal krav

Se art.nr. 16.06.006

### Tilbyder skal beskrive

Se art.nr. 16.06.006



## Undergruppe: 03 Gå- og rullestolerr

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
17.02.003	Gåstol, voksen, "prekestol"	32	0

### Bruksområde

Til bruk ved gangtrening eller for pasienter som ikke kan forflytte seg uten støtte

### Skal krav

- a/ Stabil og tippesikker
- b/ Stillbare håndtak og polstret støttepute som skal kunne breddereguleres.
- c/ 4 stk solide hjul, hvorav minst to med brems
- d/ Regulerbar i høyde mellom ca 900 og 1400 mm.

### Tilbyder skal beskrive

- a/ Materialvalg
- b/ Størrelsesmål
- c/ Mekanisme for høyderegulering
- d/ Bremsesystem
- e/ Krav til vedlikehold, herunder spesielt mekanismen for høyderegulering
- f/ Støtteputens utforming

17.02.007	Rullator, voksen	35	0
-----------	------------------	----	---

### Bruksområde

Hjelpemiddel ved gangtrening

### Skal krav

- a/ 4 hjul
- b/ Bremsesystem som virker på begge bakhjul samtidig
- c/ Stabil, tippesikker
- d/ Sammenleggbare
- e/ Hvilesete og kurv
- f/ Justerbar høyde på håndtak

### Tilbyder skal beskrive

- a/ Størrelsesmål
- b/ Metode for høydejustering
- c/ Stabilitet og tippesikring

17.02.008	Rullestol, transport, junior, smlbar	4	0
-----------	--------------------------------------	---	---

### Bruksområde

Transport av barn inne i sykehuset

### Skal krav

- a/ Være tilpasset barn
- b/ Være ergonomisk utformet og enkel å betjene.
- c/ Være vannrett
- d/ Være vaskebar
- e/ Ha desinfiserbar skumpute
- f/ Ha punkteringsfrie dekk
- g/ Ha inn-/og utsvingbare benstøtter
- h/ Ha avtagbare fotstøtter

### Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for justering av rygg høyde
- b/ Metode for å fjerne armlener
- c/ Metode for låsing av hjul
- d/ Stolens vekt
- e/ Alternative setebredder
- f/ Største akseptable vektbelastning
- g/ Tilpasning for bruk av pasientløfter og seil

17.02.009	Rullestol, transport, for voksne, sammenleggbare	31	0
-----------	--	----	---

### Bruksområde

Rullestol, sammenleggbare. For voksne pasienter.

### Skal krav

Rullestolen skal være



**17.02.009 Rullestol, transport, for voksne, sammenleggbar**

**31 0**

**Skal krav**

- a/ Lett å slå sammen
- b/ Ergonomisk utformet og enkel å betjene
- c/ Levert med vanntett, vaskbar, desinfiserbar skumpute
- d/ Levert med punkteringsfrie dekk
  
- e/ Levert med standard benstøtte og leggstøtte
- f/ Inn-/og utsvingbare beinstøtter
- g/ Avtagbare ben- og fotstøtter.
  
- h/ Levert med oppsving - / avtakbare polstrede armlener
- i/ Justerbar rygg høyde
- j/ Levert med kjørehåndtak
- k/ Levert med mulighet for amputasjonsstøtte for lår- / kneamputerte
- l/ Levert med mulighet for hodestøtte

**Tilbyder skal beskrive**

- a/ Mulighet for justering/innstilling av bein- og fotstøtter
- b/ Mulighet for justering av rygg høyde
- c/ Metode for å fjerne armlener
- d/ Metode for låsing av hjul
- e/ Stolens vekt
- f/ Alternative setebredder
- g/ Største akseptable vektbelastning
- h/ Tilpasning for bruk av pasientløfter og seil
- i/ Mulighet for amputasjonsstøtte, prissettes i Bilag B1
- j/ Mulighet for hodestøtte, prissettes i Bilag B1
- k/ Mulighet for avtagbart bord, prissettes i Bilag B1

**17.02.010 Rullestol, voksen, manuell**

**10 0**

**Bruksområde**

Egenforflytning i rullestol

**Skal krav**

- a/ Regulerbare og avtagbare/utsvingbare forstøtter/- Brett
- b/Høyt ryggene som kan reguleres i vinkel
- c/ Avtagbare armlener
- d/ Store hjul
- e/ Låsbare hjul
- f/ Setebredde ca. 46 cm

**Tilbyder skal beskrive**

- a/ Mulighet for justering/innstilling av bein- og fotstøtter
- b/ Mulighet for justering av rygg høyde
- c/ Metode for å fjerne armlener
- d/ Metode for låsing av hjul
- e/ Stolens vekt
- f/ Alternative setebredder
- g/ Største akseptable vektbelastning
- h/ Tilpasning for bruk av pasientløfter og seil
- i/ Mulighet for amputasjonsstøtte, prissettes i Bilag B1
- j/ Mulighet for hodestøtte, prissettes i Bilag B1
- k/ Mulighet for avtagbart bord, prissettes i Bilag B1

**17.02.014 Rullator, barn**

**1 0**

**Bruksområde**

Hjelpemiddel ved gangtrening

**Skal krav**

- a/ 4 hjul
- b/ Bremsesom virker på begge bakhjul samtidig
- c/ Stabil, tipsikker
- d/ Sammenleggbar.
- e/ Hvilesete og kurv

**Tilbyder skal beskrive**

- a/ Størrelsesmål



<b>17.02.014</b>	<b>Rullator, barn</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	b/ Mulig høyderjustering og metode for dette		
<b>V1.023</b>	<b>Rullestol, enkel m fotstøtter</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Se art.nr. 17.02.009		
	<b>Skal krav</b>		
	Se art.nr. 17.02.009		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	Se art.nr. 17.02.009		
<b>V1.025</b>	<b>Rullator</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Se art.nr. 17.02.007		
	<b>Skal krav</b>		
	Se art.nr. 17.02.007		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	Se art.nr. 17.02.007		
<b>V1.046</b>	<b>Prekestol</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>Bruksområde</b>		
	Se art.nr. 17.02.003		
	<b>Skal krav</b>		
	Se art.nr. 17.02.003		
	<b>Tilbyder skal beskrive</b>		
	Se art.nr. 17.02.003		