



Anbud: 2.11.11.14.2 Mobil røntgen

På sykehuset i Bodø skal det være et biplan gjennomlysningsapparat for ortopedene.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
11.14.002	Gjennomlysningsapparat mobilt, biplan	1	0

Bruksområde

Hoftebrudd

Skal krav

- a/ En stk røntgen, mobilt gjennomlysningsapparat med mulighet for gjennomlysning i 2 plan.
- b/ Dosereduserende funksjonalitet.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for å gjennomlyse i begge plan samtidig
- b/ Størrelse og vekt på G-bue og vogn
- c/ Avstand mellom fokus og detektor, og mulighet for å regulere denne
- d/ Metode for høyderegulering av G-buen
- e/ Løsning av kjølebehov ved langvarige gjennomlysningsfrekvenser
- f/ Forflytningsmetoden for apparatet (elektrisk eller manuelt)
- g/ Oppstartstid fra apparat slås på til det er klart til eksponering
- h/ Støy i arbeidsmodus
- i/ Mulighet for å lagre gjennomlysningsbilder, og kobling mot eksisterende PACS
- j/ Mulighet for integrering mot Storz styringssystem
- k Trådløs betjening
- l/ Trådløs monitorvogn
- m/ Mulighet for trådløs overføring av bilder
- n/ Bildekvalitet ved eksponering
- o/ kV og mAs ved eksponering
- p/ Oppløsning på bildeforsterker

Dokumentasjonskrav

Anbud: 2.12.12.15.1 Dentalutstyr

På tannklinikken ved Bodø sykehus skal det være et takhengt røntgenrør.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
11.36.003	Tannlegerøntgen, takhengt	1	0

Bruksområde

Dentalrøntgen; røntgendiagnostikk av tann og kjeve

Skal krav

- a/ Skal være takhengt
- b/ Eksponering må kunne foretas utenfor rommet

Tilbyder skal beskrive

- a/ Radius
- b/ Feste til tak
- c/ Fleksibiliteten på armen
- d/ Kompatibilitet med Dygora
- e/ Eksponeringen, hvordan den foregår

Dokumentasjonskrav