



Anbud: 2.12.12.01.1 Diatermi

a/ Diatermiapparater som skal leveres til operasjonssaler på sentraloperasjon/dagkirurgi må være kompatibelt med styringssystemet for integrerte operasjonsstuer levert av Karl Storz Endoskopi Norge AS.

b/ Alle diatermiapparater som tilbys, skal leveres med opsjon på fotbryter.

c/ Røykavsug som tilbys skal kunne kobles mot sentral ventilasjonsanlegg; tilbyder skal beskrive dette i sin besvarelse



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.01.009	Diatermiapparat, argongass	2	0

Bruksområde

Til hemostase der det er større overflater som blør.

Skal krav

a/Mono/bipolar

b/Komplett med standardtilbehør og fotpedal.

c/Oppfylle allm. krav for pasientsikkerhet og teknikk

d/Inkludert prissatt opsjon for røykavsug

e/Benytt argon til isolasjon av elektronstrømmen

f/ Leveres med tralle beregnet for apparat og gassflaske

Tilbyder skal beskrive

a/ Effekt i Watt

b/ Kompatibilitet mot tredjeparts engangsutstyr

c/ Oversikt over en- og flergangsutstyr som tilbys, skal også prises

Dokumentasjonskrav

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
02.11.014	K04.068	Poliklinikker, dagplasser / Gastro	Undersøkelse, ano-rektoskopi	1	0
02.11.015	K04.072	Poliklinikker, dagplasser / Gastro	Undersøkelse, gastroskopi	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.01.018	Diatermiapparat, enkelt	3	0

Bruksområde

Skal benyttes til ØNH-og kjevekirurgi, samt til mindre kirurgiske prosedyrer på brystdiagnostisk senter

Skal krav

- a/ Skal være mono / bipolar
- b/ Skal leveres komplett med standardtilbehør
- c/ Skal leveres med både hånd- og fotaktivering
- d/ Oppfylle allm. krav for pasientsikkerhet og teknikk
- e/ Mulighet for å benytte bipolar håndaktivert
- f/ Inkludert prissatt opsjon for røykavsug

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for mikroinnstilling for finkirurgi
- b/ Mulighet for å kunne benytte standard engangsutstyr til apparat
- c/ Mulighet for å leveres i rack, skal tilbys som priset opsjon

Dokumentasjonskrav

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
02.02.017	K01.024	Poliklinikker, dagplasser / Ønh, kjeve	Undersøkelse, operasjon kjevekirurgi	1	0
02.02.019	K01.075	Poliklinikker, dagplasser / Ønh, kjeve	Undersøkelse, operasjon ØNH	1	0
05.03.026	H02.013	Radiologi, brystdiagnostikk og nukleærmedisin /	Undersøkelse, skiftestue	1	0
		Brystdiagnostisk senter			



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.01.019	Diatermiapparat, hud	1	0

Bruksområde

Skal benyttes til kosmetisk behandling på hud poliklinikk

Skal krav

a/ Radiokirurgi

b/ Høy frekvens MHz-området

c/ Leveres med tralle

d/ Komplet med standardtilbehør og fotpedal.

e/ Oppfylle allm. krav for pasientsikkerhet og teknikk

f/ Inkludert prissatt opsjon for røykavsug

Tilbyder skal beskrive

a/ Varmeoverføring

b/ Type returelektroder

c/ Alle apparatets utbyggingsmuligheter

d/ Komponenter i oppsettet skal prissettes individuelt i bilag B1

Dokumentasjonskrav

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
02.15.008	K04.046	Poliklinikker, dagplasser / Hud	Behandling, skiftestue	1	0