

		Foretaksnivå		Retningslinje
Hygieniske krav ved innkjøp av medisinsk utstyr				Side 1 av 3
Dokument ID: I.1.9.7-1		Godkjent dato: 29.07.2016	Gyldig til: 29.07.2018	Revisjon: 7.00

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Infeksjonskontrollprogram\Innkjøp

1. Hensikt

Hindre smittespredning til pasienter og personale via medisinsk utstyr.

2. Omfang

Gjelder ved tilbudsvurdering og før innkjøp av instrumenter og utstyr til undersøkelse, pleie og behandling, som kommer i direkte eller indirekte kontakt med pasienter og/eller pasientprodukter.

3. Ansvar

Alle som foretar tilbudsvurdering og innkjøp av ovennevnte utstyr.

4. Handling

Den som anskaffer utstyr skal før tilbudsvurdering og innkjøp innhente opplysninger fra leverandøren om utstyrets grad av pasientkontakt og om utstyret kan rengjøres, desinfiseres og steriliseres i henhold til sykehusets krav. Leverandøren skal fremlegge skriftlig dokumentasjon, med norsk tekst om metodene for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering.

Spørreskjema og opplysninger som skal sendes leverandøren ligger i pkt. 5 og 6.

Den som anskaffer utstyret skal sørge for at Smittevernenheten får vurdere leverandørens opplysninger før tilbudsvurdering og innkjøp. Dokumentasjonen arkiveres.

Eksterne referanser:

[Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie](#), Statens legemiddelverk

[CDC: Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008](#)

[Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern I5. Folkehelseinstituttet.](#)

Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlege Siri J. Boye	Godkjent av: Per Engstrand	
--	---	--------------------------------------	--

Dokument-id: I.1.9.7-1	Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlege Siri J. Boye	Godkjent dato: 29.07.2016	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 7.00
---------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Infeksjonskontrollprogram\Innkjøp

5. Opplysninger til leverandøren om sykehusets krav

Utstyret må kunne rengjøres, desinfiseres og evt. steriliseres i henhold til gjeldende krav.

5.1 Renhetsnivåer

Krav som stilles til rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter og utstyr er avhengig av type pasientkontakt, forurensningsgrad og smittefare. Skjematisk kan kravene til renhetsnivå fremstilles slik:

Utstyrets kontakt med pasient	Rengjøring	Desinfeksjon	Sterilisering
Hud direkte/indirekte	Ja	Ja, om mulig, Må kunne desinfiseres dersom brukt på pasient med smitte.	Avhengig av bruksområde
Slimhinner/blod/kroppsvæsker direkte/indirekte	Ja	Ja	Avhengig av bruksområde
Perforerer hud og slimhinner	Ja	Ja	Ja
Kontakt med sterile områder	Ja	Ja	Ja

5.2 Rengjøring og Desinfeksjonsmetoder

5.2.1 Varmedesinfeksjon av instrumenter og utstyr i instrumentvaskemaskin/vaskedekontaminator eller bekkenspyler/spyledekontaminator.

Maskinene kombinerer rengjøring og varmedesinfeksjon, ved 85 - 97 °C i et lukket system, og skal brukes til alt utstyr som tåler fuktig varme.

5.2.2 Kjemisk desinfeksjon

Kjemisk desinfeksjon brukes kun når utstyret ikke tåler fuktig varme eller av praktiske grunner ikke lar seg varmedesinfisere. Godkjente midler som brukes ved sykehuset: Virkon, PeraSafe, 70 % desinfeksjonssprit¹ og aktuelle desinfeksjonsmidler for spesielle maskiner.

5.2.2.1 Utstyr som kan senkes i desinfeksjonsvæske

Gjenstander/instrumenter skal legges i egne kar med tettsluttende lokk.
Sammensatte gjenstander demonteres så langt det er mulig
Gjenstandene skal ligge under væsknivå

5.2.2.2 Utstyr som ikke kan senkes i desinfeksjonsvæske

Må så langt som mulig beskyttes med en eller annen form for engangs tildekking for å redusere grov forurensning under bruk. Leverandør bør angi om slikt tilleggsutstyr kan leveres. Etter bruk påføres utstyret desinfeksjonsmiddel. Leverandør må angi hvor mye fuktighet utstyret kan tåle ved desinfeksjon og rengjøring.

5.2.3 Kombinasjon av varme og kjemisk desinfeksjon

Til varmeømfintlig utstyr, som fleksible skop, har sykehuset desinfeksjonsmaskiner som utfører desinfeksjon med et kjemisk middel i kombinasjon med varme (60 °C).

5.3 Steriliseringsmetoder

Vanndampautoklaving: 121 °C i 20 minutter eller 134 °C i 7 minutter. For utstyr som ikke tåler så høy temperatur brukes Hydrogenperoksyd H2O2 plasmaautoklave 40 °C i 38 min.

Ved behov for mer detaljerte opplysninger om desinfeksjonsmaskiner, programmer, vaske- og nøytraliseringmidler, etc. bes leverandøren kontakte hygienesykepleier.

¹Brukes kun til rengjort medisinsk utstyr som er i direkte/indirekte kontakt med hel hud.

Dokument-id: I.1.9.7-1	Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlege Siri J. Boye	Godkjent dato: 29.07.2016	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 7.00
---------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Infeksjonskontrollprogram\Innkjøp

6. Skjema som fylles ut av leverandøren

Skjemaet fylles ut og returneres til innkjøpsavdelingen Sørlandet Sykehus HF.

Leverandørens navn: _____

Utstyr: _____

Bruksområde: _____

Utstyrets kontakt med pasient	Kryss av
Hud direkte/indirekte	
Slimhinner/blod/kroppsvæsker direkte/indirekte	
Perforerer hud og slimhinner	
Kontakt med sterile områder	

Sykehusets krav til rengjøring/desinfeksjon/sterilisering	Beskriv hva utstyret tåler i henhold til sykehusets krav
Pkt. 5.2.1 Varmedesinfeksjon i maskin	
Pkt. 5.2.2 Kjemisk desinfeksjon	
Pkt. 5.2.2.1 Kan senkes i desinfeksjonsvæske	
Pkt. 5.2.2.2 Kan ikke senkes i desinfeksjonsvæske	
Pkt. 5.2.3 Kombinasjon av varme og kjemisk desinfeksjon	
Pkt. 5.3 Sterilisering	

Dokumentasjon med norsk tekst er vedlagt: Ja Nei

Dato og signatur: _____

Leverandør

Godkjenning Sørlandet sykehus HF:

Leverandørens dokumentasjon er vurdert: godkjent ikke godkjent

Avdeling, dato og signatur: _____