

1 Spørsmål og svar – Overvåkningssystem inklusiv telemetri

1.1 Spørsmål:

Hvilke anestesi maskiner og ventilatorer er i bruk ved de forskjellige sykehusene?

Svar:

Følgende anestesi-maskiner og ventilatorer er å finne ved sykehusene:

- *Mosjøen*
 - Respirator/Ventilator
 - Maquet, SERVO
 - Draeger, Oxylog 3000+
 - Anestesibord
 - GE, Aisys
 - GE, Avance
- Mo i Rana
 - Respirator
 - Draeger, Evita XL
 - Anestesibord
 - GE, Aisys CS
 - GE, Aisys CS2
- Sandnessjøen
 - Respirator
 - Maquet, Servo i
 - Anestesibord
 - Heinen & Löwenstein, Leon+

1.2 Spørsmål:

Hvilke protokoller for utveksling av informasjon brukes? Dette for å kunne hente fram informasjon/kompatibilitet med monitoreringen.

Svar:

For ikke å oppgi uklare eller utilstrekkelige opplysninger, samt at leverandører kan ha ulike løsninger på interface og mellomløsninger, så er leverandører selv ansvarlig for å innhente rett informasjon hos eksterne utstysleverandører og foreslå løsninger som vil fungere.