

| # | Spørsmål | Svar |
|---|--|--|
| 1 | <p>Under funksjonelle krav i kravspesifikasjonen står følgende: "Instrumentet skal kunne levere analyser av HbA1c. Analysene av HbA1c skal være basert på HPLC/kromatografi-prinsipp (High Performance Liquid Chromatography)."</p> <p>Vårt spørsmål er om kapillærteknikk kan sidestilles med HPLC-teknikk, og om en eventuell besvarelse basert på kapillærteknikk vil bli vurdert? Bakgrunnen for spørsmålet er at kapillærteknikk sidestilles med HPLC teknikk i litteraturen mht prestanda. Analysespesifisitet og -sensitivitet er like bra på begge metodikker. Kapillærteknikk oppfyller altså de samme kvalitetskrav til analysene.</p> | <p>ja, vi vil vurdere kapillærelektroforese også.</p> |
| 2 | <p>I Del 2 Bilag 2 Kravspesifikasjonen- Minstekrav, Funksjonelle krav- utstyr Krav 3 skriver Oppdragsgiver at det ønskes at det samme instrumentet skal kunne utføre både HbA1c analyse og hemoglobintyping, og at det altså ønskes at det tilbys et instrument.</p> <p>Ved å opprettholde minstekravet (krav 3) om levering av et instrument for begge formål, ekskluderes en Tilbyder som ville kunne levert et kvalitetsprodukt for begge analyser, til en konkurransedyktig pris.</p> <p>Vi håper Oppdragsgiver kan åpne for dette, slik at alle Tilbydere i markedet kan delta i anbudskonkurransen.</p> | <p>Oppdragsgiver er oppmerksom på at det finnes instrumenter som har mulighet for å gjøre én av de forespurte analysene, men ikke begge.</p> <p>Pga. plassbegrensninger og ønsket om at brukerne kun trenger å forholde seg til én arbeidsflate ønskes det at det kun leveres <u>ett</u> apparat som kan gjøre begge typer analyser.</p> |
| 3 | <p>Krav 11: Det spørres om sporing for reagenslot, kalibreringslot og kalibrering ihht til analyseresultatet. Er det selve instrumentet som skal kunne spore dette eller åpnes det for at den tilbydte løsningen (for eksempel instrument pluss PC/programvare) kan gjøre sporingen mulig?</p> | <p>Det åpnes for at den tilbudte løsningen skal kunne spore, altså instrument + PC/programvare.</p> |
| 4 | <p>Krav 31. Det blir etterspurt tilgjengelighet for sikkerhetsdatablader osv samt elektrisk skjema. Skal alle disse dokumentene leveres med tilbudet? Fra tidligere tilbud er det vanlig at sikkerhetsdatablader og teknisk spesifisering blir forespurt med tilbudet, mens flytdiagram og elektrisk skjema (som begge er den del av teknisk spesifisikasjon) skal leveres sammen med instrumentet ved kontraktstildeling. Viser også til deres spm</p> | <p>Dokumentene skal leveres sammen med instrumentet ved levering.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | 30 da slik dokumentasjon etterspørres ved eventuell tildeling. Kunne dere presisere spm 31? | |
| 5 | Krav 39. Vi ber om utdypning av spørsmålet. Er det spurt om forbruk av CO2 under instrumentproduksjonen eller produksjon av CO2 under instrumentproduksjonen («CO2 footprint»)? Er det videre spurt etter CO2 forbruk eller produksjon ved bruk av instrumentet? | Tilbyder bes oppgi CO2-footpring ved produksjon av instrumentet og ved bruk at instrumentet. |
| 6 | Krav 106. Det spørres om parallelle lot. Kunne dere presisere om det her er ment flere parallelle lot for samme analyse (for eksempel HbA1c) eller parallelle lot per analyse (for eksempel en lot for HbA1c og en lot for hemoglobintyping)? | Det er ment flere parallelle lot for samme analyse, eks. to ulike lot samtidig for HbA1c. |
| 7 | Krav 111. Grunnlag for livtidskostnadene. Det skal angis forbruk av «reagens (inklusive kalibrator)». Kunne dere presisere om annet forbruksmateriell som for eksempel kolonner, filter, osv skal også tas med i beregningen? Gjenspeiler de angitte tallene antall rapporterte prøver (uten injeksjoner for kontroller, kalibrering, osv) eller antall kjørte prøver (dvs rapporterte prøver pluss injeksjoner for kontroller, kalibrering, reruns, osv)? | <p>Alt forbruksmateriell skal være med.</p> <p>De angitte tallene gjenspeiler rapporterte prøver uten kontroller, kalibratorer osv.</p> |
| 8 | Konkurransbestemmelser punkt 6.1 Tildelingskriterier. Vi ber om utdypning av de følgende beskrivelsene: (a) På hvilket grunnlag blir «servicekostnader» vurdert innenfor «Totalkostnad». (b) På hvilket grunnlag blir «Service» vurdert innenfor «Service og vedlikehold»? | <p>a) Oppdragsgiver ønsker å presisere at de relevante Servicekostnadene er kostnadene relatert med Serviceavtale nivå 1, og opplæringskostnadene. Det er priselementet av disse som vurderes.</p> <p>b) Under "service og vedlikehold" evalueres de kvalitative aspektene av krav designert som "Service" i kolonne D i kravspesifikasjonen.</p> |